



System ogrzewania pacjenta (6100)

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	System ogrzewania pacjenta	TAK
2	Temperatura wprowadzana do materaca przy użyciu jednostki sterującej	TAK
3	System działający w technologii włókien węglowych – zapewniający suche grzanie kontaktowe bez udziału wody lub powietrza.	TAK
4	Kanał z regulacją i kontrolą temperatury.	TAK
5	Możliwość zamocowania jednostki sterującej do stojaka do kroplówek, lub postawienia.	TAK
6	Jednostka sterująca wyposażona w uchwyt do przenoszenia.	TAK
7	Regulacja temperatury w zakresie	33°C - 39°C
8	Regulacja temperatury ze skokiem co:	0,1°C
9	Ekran wyświetlający informacje min.: - temperatura zaprogramowana, - aktualna temperatura materaca grzewczego	TAK
10	Ekran wyświetlający temperaturę ciała pacjenta - w przypadku podłączenia czujnika zewnętrznego	TAK
11	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów	TAK
12	Alarmy: - odchylenia temperatury - rozłączenia elementu grzewczego; zaniku zasilania	TAK
13	Alarmy z możliwością wyciszenia	TAK

14	Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku przegrzania	TAK
15	Długość materaca do wyboru	1000mm lub 1200mm lub 1900mm
16	Szerokość materaca	520mm
17	Grubość materaca	30mm
18	Materac przeznaczony do czyszczenia i dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami	TAK
19	Materac ogrzewający tylko pacjenta - nie emitujący ciepła do otoczenia	TAK
20	Materac przezierny dla promieni RTG	TAK
21	Materac posiadający pokrycie zabezpieczające przed przedostawaniem się płynów	TAK
22	System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych	TAK
23	Materac ogrzewający tylko pacjenta - nie emitujący ciepła do otoczenia	TAK
24	Materac przezierny dla promieni RTG	TAK
25	Materac posiadający pokrycie zabezpieczające przed przedostawaniem się płynów	TAK
26	System nie wymagający stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych	TAK