



Aparat EKG BLT E65

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Wymiary	360mm×276mm×130mm
2	Waga	4.2kg
3	Napięcie wejściowe	100V~240V, 50Hz/60Hz
4	Moc wyjściowa	100VA
5	Czas pracy na akumulatorze	5h
6	Kolorowy ekran dotykowy	TAK
7	Klawiatura alfanumeryczna	TAK
8	Obsługa skanera kodów kreskowych	TAK
9	Cyfrowa konstrukcja filtra	TAK
10	Ilość grup danych EKG w pamięci stałej	800
11	Rozdzielczość pozioma	40 punktów / mm
12	Rozdzielczość pionowa	8 punktów / mm
13	Prędkość nagrywania	5 mm / s, 6,25 mm / s, 10 mm / s, 12,5 mm / s, 25 mm / s, 50 mm / s, błąd: ± 3%

14	Szerokość rekordu	215mm
15	Papier	210 mm × 140 mm × 20 m (typ Z)
16	Typ papieru	składany termoczuły papier do drukowania
17	Ponad 10 rodzajów metod drukowania	TAK
18	Zakres HR	30bpm -300bpm
19	Dokładność HR	± 1bpm (średnia z 10s)
20	Współczynnik błędu	≤5%, 0,333
21	Analiza diagnozy	≥140 rodzajów