



Kardiomonitor S12

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Kardiomonitor stacjonarno-przenośny	TAK
2	Kardiomonitor wyposażony w schowek na akcesoria umiejscowiony z tyłu urządzenia	TAK
3	Kardiomonitor kolorowy z dotykowym ekranem LCD o rozdzielczości HD	TAK
4	Ilość jednoczesnej prezentacji krzywych dynamicznych na ekranie	6
5	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych	TAK
6	Możliwość ustawienia wieku oraz płci pacjenta	TAK
7	Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta	TAK
8	Pomiar i monitorowanie następujących parametrów: 1. EKG; 2. Liczba oddechów (RESP); 3. Saturacja (Spo2); 4. Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); 5. Temperatura (T1,T2);	TAK
9	Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 lub 5 lub 10 końcówkowego	TAK
10	Alarm desaturacji	TAK
11	Jednoczesne wyświetlanie dwóch wartości temperatury ciała	TAK

12	Kardiomonitor wyposażony w akcesoria pomiarowe: 1. Kabel EKG do wyboru 3 lub 5-odprowadzeniowy 2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP 3. Mankiet do pomiaru NIBP 4. Czujnik SpO2 na palec	TAK
13	Obsługa kardiomonitora przy pomocy ekranu dotykowego	TAK
14	Szybki dostęp do ustawień odpowiednich parametrów po dotknięciu wykresu	TAK
15	Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów.	TAK
16	Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej	TAK
17	Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta	TAK
18	Możliwość podpięcia urządzenia do sieci internetowej w celu zdalnego zbierania informacji	TAK
19	Funkcja tworzenia raportów EKG z możliwością wydruku raportu na drukarce zewnętrznej	TAK
20	Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i wbudowanego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2,5Ah	TAK
21	Czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora	do 8 godzin
22	Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora	TAK
23	Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania	TAK
24	Cicha praca urządzenia - chłodzenie bez wentylatora	TAK
	Dodatkowe wyposażenie	
1	Statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora i koszykiem na akcesoria	TAK
2	Wieszak na ścianę	TAK
3	Urządzenie do pomiaru kropeł infuzji	TAK
4	Kabel EKG 10-odprowadzeniowy	TAK
5	Wbudowana drukarka do raportów EKG	TAK
6	Akumulator litowo-jonowy o pojemności 5Ah	TAK