



Łóżko manualne na oddział psychiatryczny

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1	Szerokość całkowita	960 mm
2	Długość całkowita	2148 mm
3	Wymiary leża	1980 mm x 830 mm
4	Stała wysokość leża od podłogi	500 mm
5	Udźwig	220 kg
6	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5 cm x min. 3 cm pokrytych lakierem proszkowym.	TAK
7	Leże łóżka dwusegmentowe z czego jeden segment ruchomy - segment pleców.	TAK
8	Segmenty leża wypełnione siatką metalową z pręta min. 5 mm pokrytą lakierem proszkowym. Oczka siatek o wymiarach 5x3 cm	TAK
9	Siatka w leżach montowana na stałe.	TAK
10	Ręczna regulacja segmentu pleców w zakresie do min. 70° za pomocą korbki	TAK

11	Segment nóg montowany na stałe z poprzeczkami zwiększającymi wytrzymałość.	TAK
12	Nogi łóżka nie wystające poza obrys ramy łóżka, nogi wyposażone w 4 kółka metalowe na łożyskach tocznych min. fi 125 mm z blokadą jazdy i obrotu.	TAK
13	Szczyty łóżka wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo o średnicy min. 30 mm, montowane na stałe do ramy leża. Wypełnione szczelnie płytą HPL o grubości min. 10 mm montowaną od wewnątrz szczytów na stałe za pomocą śrub.	TAK
14	W narożnikach leża krążki odbojowe o średnicy fi 120 mm chroniące łóżko i ściany przed uszkodzeniami.	TAK
15	Łóżko wyposażone w uchwyty do mocowania pasów do unieruchamiania pacjenta wykonane z pręta fi min. 10 mm.	TAK
16	Rama wyposażona w min. 2 tuleje - gniazda przy segmencie pleców do mocowania wysięgnika oraz kroplówki.	TAK
17	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne.	TAK
18	Powłoka lakiernicza zgodna z normom EN ISO 10993-5:2009	
	Opcjonalnie	
1	Barierki boczne długości $\frac{3}{4}$ leża, składane wzdłuż leża, na 6 rurach, blokada zwalniana guzikiem na końcu barierki	